



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

issued to:

Zhonghang Electronic Measuring
Instruments Co., Ltd. (ZEMIC)
2 PO Box
723007 Hanzhong, Shaanxi
China

Prüfgrundlage:

in accordance with:

EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4 Fehleranteil / fraction $p = 0,7$
OIML R60 (2000), WELMEC 2.4 (2001)

Gegenstand:

Object:

Wägezelle
DMS Zuglast Wägezelle / strain gauge tension load cell

Typ / Type:

B3G

E_{max}

50 kg - 10000 kg

Genauigkeitsklasse

C3

Accuracy class

Kennnummer:

Serial number:

--

Prüfscheinnummer:

Test certificate number:

D09-06.07

D09-06.07

Datum der Prüfung:

Date of Test:

--

Anzahl der Seiten:

Number of pages:

6

Geschäftszeichen:

Reference No.:

PTB-1.12-4022694

Benannte Stelle:

Notified Body:

0102

Im Auftrag

By order

Dr. Bernd Meißner



Braunschweig, 02.05.2006

Siegel

Seal