



Prüfschein

Test certificate

Ausgestellt für:

Issued to:

Zhonghang Electronic Measuring
Instruments Co., Ltd. (ZEMIC)
2 PO Box
723007 Hanzhong, Shaanxi
China

Prüfgrundlage:

In accordance with:

EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4 Fehleranteil / fraction $p = 0,7$
OIML R60 (2000), WELMEC 2.4 (2001)

Gegenstand:

Object:

Wägezelle
DMS-Doppelscherbalken-Wägezelle
strain gauge double shear beam load cell

Typ / Type:

HM9C

E_{\max}

4,54 t - 113,4 t
(10 klb - 250 klb)

Genauigkeitsklasse

C3

Accuracy class

Kennummer:

Serial number:

Prüfscheinnummer:

Test certificate number:

D09-06.46

D09-06.46

Datum der Prüfung:

Date of Test:

Anzahl der Seiten:

Number of pages:

6

Geschäftszeichen:

Reference No.:

PTB-1.12-4027294

Benannte Stelle:

Notified Body:

0102

Im Auftrag

By order

Dr. Oliver Mack

Braunschweig, 08.12.2006

Siegel

Seal

