



## Prüfschein

Test certificate

**Ausgestellt für:** Zhonghang Electronic Measuring  
*Issued to:* Instruments Co., Ltd. (ZEMIC)  
2 PO Box  
723007 Hanzhong, Shaanxi  
China

**Prüfgrundlage:** EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4 Fehleranteil / fraction  $p = 0,7$   
*In accordance with:* OIML R60 (2000), WELMEC 2.4 (2001)

**Gegenstand:** Wägezelle  
*Object:* DMS Doppelscherbalken Wägezelle  
strain gauge dual shear beam load cell

**Typ / Type:** HM9B  
 $E_{max}$  10 t - 50 t  
Genauigkeitsklasse C3  
*Accuracy class*

**Kennummer:** --  
*Serial number:*

**Prüfscheinnummer:** D09-06.08  
*Test certificate number:* D09-06.08

**Datum der Prüfung:** --  
*Date of Test:*

**Anzahl der Seiten:** 6  
*Number of pages:*

**Geschäftszeichen:** PTB-1.12-4022696  
*Reference No.:*

**Benannte Stelle:** 0102  
*Notified Body:*

**Im Auftrag**  
*By order*

*Meißner*

Dr. Bernd Meißner



Braunschweig, 03.05.2006

Siegel  
*Seal*